

NR SPRAWY : DZP/ 06/2019

Iłża dnia, 2019-04-30

.....

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**ZAKUP :**  
**„Sprzętu medycznego”**

**W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)” w ramach Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia” Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020 Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ) SP ZZOZ Szpital w Iłży w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie  | Odpowiedź   |
|-----|--|---|
| 1.  | <b>Część 6 – Gastroskop- 1 szt</b><br><b>Dotyczy pkt.10</b><br>Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskopu o lepszym parametrze tj. średnika wziernika min. 8,5 mm przy kanale roboczym o średnicy 2,8 mm, o głębi ostrości w zakresie 3-100 mm, bez dodatkowego kanału do spłukiwania ? | <b>Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.</b>        |
| 2   | <b>Dot. pkt .13</b><br>Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskopu o lepszym parametrze tj. średnica wziernika min. 9,3 mm przy kanale roboczym o średnicy 2,8 mm, bez dodatkowego kanału do spłukiwania .   | <b>Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.</b>        |
| 3.  | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą bez uchwyty brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwyty sterylne, uchwyty przy kopule lub bezpo-  | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | średnio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu? Dodatkowy uchwyt brudny utrudniałby utrzymanie lampy w czystości.  |   |
| 4.  | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze źródłem światła w postaci 19 białych diod LED? Różnica nie ma żadnego znaczenia użytkowego dla Zamawiającego.   | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |
| 5.  | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z natężeniem oświetlenia 70.000 lx w odległości 1 m, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?   | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |
| 6.  | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 180 cm w odległości 1 metra, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?   | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |
| 7.  | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?  | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |
| 8.  | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4300 K, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?   | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |
| 9.  | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwyty sterylnej? Pozwala to na regulację parametru ze strefy sterylnej, a jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym od regulacji bezdotykowej. | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |
| 10. | <b>Część 2 poz. 2</b><br>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z poborem mocy 23 W, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?   | <b>Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</b> |

p.o. Z-ca DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
SP ZZOZ - Szpital w Iłży  
lek. Mirosław Wojciechowski